

43 残疾人驾驶汽车辅助装置检测系统



- 1、正压力：0~1000N \pm 1%可调；
- 2、持压时间：0~60s 可调；
- 3、加载模式：单次和循环；
- 4、测试模式：静载和疲劳；
- 5、加载频率： \leq 1Hz；
- 6、循环耐久次数：0~999,999 可设定；
- 7、符合 GB/T 21055-2007、DIN 13249 等标准。

配置：

主机 1 台，夹具 1 套，工具箱 1 套，助行器工装 1 套。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。